



Ten20® 전도성 페이스트

[KO]

REF 10-20-4, 10-20-8, 10-20-4T, 10-20-4TK

성분: 폴리옥시에틸렌(20)세틸에테르, 정제수, 글리세린, 칼슘카보네이트, 1,2-프로판다이올, 포타슘클로라이드, Gelwhite®(몬모릴로나이트), 소듐클로라이드, 폴리옥시에틸렌(20)솔비톨, 메틸파라벤, 프로필파라벤.

사용 지침: 젤이 없는 신경진단 전극과 함께 신경모니터링 절차에 사용합니다. 예: EEG 검사, 유발 전위 검사, PSG, MSLT.

적용법: Ten20 전도성 페이스트의 접착 품질은 일반적으로 전극을 피부에 부착하고 신경 진단 검사를 위한 전도성을 제공하기에 충분합니다. 필요한 양의 페이스트를 수술용 테이프 조각과 같은 표면에 놓습니다. Nuprep®과 같은 연마제로 피부를 부드럽게 스크럽합니다. 중앙에 구멍이 있는 벨 모양 컵 전극을 사용하여 페이스트를 전극 컵 안쪽에 약간 넘칠 때까지 넣습니다. 전극을 준비된 전극 부위 위에 놓고 중간 압력으로 누릅니다. 테이프나 거즈 조각을 사용하여 전극을 제자리에 고정합니다.



눈에 접촉하지 마십시오. 만약 제품이 눈에 들어간 경우 따뜻한 물로 10~15분간 세척하십시오. 눈을 비비지 마십시오. ● 온전한 피부에 도포용으로만 사용하십시오. 열린 상처나 취약한 피부 부위 또는 그 근처에는 사용하지 마십시오. ● 화장품 및 로션에 피부 알레르기가 있거나 민감하게 반응했던 병력이 있는 환자에게 사용할 때는 더욱 주의하십시오. 피부에 발진, 발적, 가려움, 부종 또는 이상이 나타나면 즉시 씻어내십시오. ● 도포용 제품에 대한 환자의 내성은 매우 다양합니다. 어떤 환자들은 접착제, 연마제, 전도성 매체, 염분을 잘 견디지 못합니다. 제품 불내성을 시사할 수 있는 모든 불만 사항에 응하십시오. ● 전극 부위에 지속적인 발적, 통증 또는 부종이 있는 경우 환자에게 알려 달라고 안내하십시오. 피부 감염을 치료하지 않으면 영구적인 흉터를 남길 수 있습니다. ● 장기간 전극을 부착한 부위는 최소 하루 한 번 전극을 제거하고 전극 아래 피부 상태를 평가하여 자극과 발적이 없는지 확인해야 합니다. ● 전류 유도 전극과 함께 사용하지 마십시오.

기기와 관련하여 심각한 사고가 발생한 경우 제조업체에 보고해야 하며, EU 국가에 있는 경우 사용자 및/또는 환자가 위치한 회원국의 관할 당국에 보고하십시오.

안전성 및 취급: Ten20는 실수로 섭취해도 독성이 없습니다. Ten20는 천연 러버라텍스를 사용하지 않고 제조되었습니다. 사용하지 않을 때는 용기를 단단히 닫아 실온에서 보관하십시오. 장시간 저온에 두거나 또는 냉동 보관하는 것을 삼가하십시오. Ten20는 특별한 취급 없이 폐기할 수 있습니다.



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, USA
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

