



Ten20[®] Vodivá pasta

[CS]

REF 10-20-4, 10-20-8, 10-20-4T, 10-20-4TK

Složení: Polyoxyetylen 20 cetyléter, voda, glycerin, uhličitan vápenatý, 1,2-propandiol, chlorid draselný, montmorillonit, chlorid sodný, polyoxyetylen 20 sorbitol, methylparaben, propylparaben.

Indikace pro použití: Pro použití při neuromonitorování ve spojení s negelovanými neurodiagnostickými elektrodami, např.: EEG vyšetření, vyvolání potenciálních postupů, PSG a MSLT.

Použití: Kvalita přilnavosti vodivé pasty Ten20 je obvykle dostatečná pro přilnutí elektrod ke kůži a zajištění vodivosti pro neurodiagnostické vyšetření. Potřebné množství pasty naneste na povrch, například na proužek chirurgické pásky. Jemně obruste kůži abrazivním přípravkem, jako je například Nuprep[®]. Pomocí elektrody ve tvaru zvonu s otvorem uprostřed umístěte pastu do elektrodového kalíšku, dokud není mírně přeplněný. Umístěte elektrodu na připravené místo pro elektrodu a přitlačte ji středním tlakem. K upevnění elektrody na místě použijte pásku nebo kousek gázy.



Vyhnete se očnímu kontaktu. Pokud se přípravek dostane do oka, vyplachujte je teplou vodou po dobu 10 až 15 minut. Vyhnete se protírání očí. • Používejte pouze lokálně na neporušenou pokožku. Nepoužívejte na otevřené rány nebo narušenou pokožku, nebo v jejich blízkosti. • **U pacientů s anamnézou kožních alergií nebo citlivosti na kosmetické přípravky a pleťové vody dbejte zvýšené opatrnosti.** Pokud se na kůži objeví vyrážka, zarudnutí, svědění, otok nebo jiná abnormalita, okamžitě ji omyjte. • **Tolerance pacientů vůči topickým přípravkům se značně liší.** Někteří pacienti špatně snášejí lepidla, abraziva, vodivá média a soli. Reagujte na jakoukoli stížnost, která může signalizovat nesnášenlivost vůči produktu. • **Poučte pacienty, aby informovali o jakémkoli přetrvávajícím zarudnutí, bolestivosti nebo otoku v místě elektrody.** Topické infekce mohou zanechat trvalé jizvy, pokud se neléčí. • **Body, ve kterých je elektroda dlouhodobě umístěna, je třeba kontrolovat, zda nejsou podrážděné a zarudlé, a to nejméně jednou denně vyjmutím elektrody a zhodnocením stavu kůže pod elektrodou.** • **Nepoužívejte s elektrodami indukujícími proud.**

Nahláste jakoukoli závažnou událost, ke které došlo v souvislosti se zařízením, výrobcem, a pokud se nachází v EU, příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel a/nebo pacient usazen.

Bezpečnost a manipulace: Ten20 není při náhodném požití toxický. Ten20 se vyrábí bez použití latexu z přírodního kaučuku. Nepoužívané nádoby uchovávejte těsně uzavřené a skladujte je při pokojové teplotě; vyhněte se dlouhodobému působení nízkých teplot nebo zmrazení. Ten20 lze zlikvidovat bez zvláštního zacházení.



Zdravotnickým prostředkem



Dovozcem



Distributorem



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, USA
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

