



Ten20[®] provodljiva pasta

[HR]

REF 10-20-4, 10-20-8, 10-20-4T, 10-20-4TK

Sastojci: polioksietilen (20) cetil eter, voda, glicerin, kalcijev karbonat, 1,2-propanediol, kalijev klorid, montmorilonit, natrijev klorid, polioksietilen (20) sorbitol, metilparaben, propilparaben.

Indikacije za primjenu: za upotrebu u postupcima neuromonitoringa u kombinaciji s negeliranim neurodijagnostičkim elektrodama, npr.: EEG pregledi, izazvani mogući postupci, polisomnografija (PSG) i test višestruke latencije spavanja (MSLT).

Primjena: kvaliteta adhezije (prianjanja) Ten20 provodljive paste obično je dostatna da omogući prianjanje elektroda uz kožu i pruži provodljivost za neurodijagnostički pregled. Nanesite potrebnu količinu paste na površinu kao što je kirurška traka. Blago utrljajte kožu abrazivnim proizvodom kao što je Nuprep[®]. Koristeći čašastu elektrodu u obliku zvona s otvorom u sredini, postavite pastu u čašastu elektrodu dok ne bude blago prenapunjena. Postavite elektrodu na pripremljeno mjesto elektrode i pritisnite srednjom jačinom pritiska. Upotrijebite traku ili komad gaze kako bi pričvrstili elektrodu na mjesto.



Izbjegavajte kontakt s očima. Ako proizvod dođe u kontakt s očima, ispirite toplom vodom 10 do 15 minuta. Izbjegavajte trljanje očiju. • Koristite samo za topikalnu (lokalnu) primjenu na neoštećenoj koži. Nemojte upotrebljavati na ili u blizini otvorenih rana ili oštećene kože. •

Potreban je dodatan oprez kod pacijenata s poviješću kožnih alergija ili osjetljivošću na kozmetičke proizvode i losione. Ako se na koži pojavi osip, crvenilo, svrab, otekline ili nepravilnost, odmah isperite. • **Tolerancija pacijenata na topikalne proizvode znatno se razlikuje.** Neki pacijenti slabo podnose adhezivna sredstva, abrazivna sredstva, provodljive medije i soli. Odgovorite na svaku pritužbu koja može signalizirati intoleranciju na proizvod. • **Uputite pacijente da prijavljuju svaki slučaj trajnog crvenila, boli ili otekline na mjestu elektrode.** Topikalne infekcije mogu ostaviti trajne ožiljke ako se ne tretiraju. • **Dugotrajna mjesta elektrode moraju se provjeravati u pogledu nadraženosti i crvenila najmanje jednom dnevno uklanjanjem elektrode i procjenom stanja kože ispod elektrode.** • **Nemojte upotrebljavati s elektrodama za uvođenje struje.**

Svaki ozbiljni štetni događaj nastao u vezi s proizvodom prijavite proizvođaču i, ako je u EU-u, nadležnom tijelu države članice u kojoj se nalazi sjedište korisnika i/ili pacijenta.

Sigurnost i rukovanje: Ten20 nije otrovan ako se slučajno proguta. Ten20 je proizveden bez upotrebe prirodne lateks gume. Držite spremnike čvrsto zatvorene kada nisu u upotrebi i čuvajte na sobnoj temperaturi, izbjegavajte dugotrajnu hladnu temperaturu ili smrzavanje. Ten20 može se zbrinjavati bez posebnog postupka rukovanja.



Medicinski proizvod



Uvoznik



Distributer



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, SAD
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

