



Ten20[®] Laidžioji pasta

[LT]

REF 10-20-4, 10-20-8, 10-20-4T, 10-20-4TK

Sudedamosios dalys: polioksietileno (20) cetilo eteris, vanduo, glicerinas, kalcio karbonatas, propan-1,2-diolis, kalio chloridas, montmorilonitas, natrio chloridas, polioksietileno (20) sorbitolis, metilparabenas, propilparabenas.

Naudojimo indikacijos: skirta neuromonitoringo procedūroms su neurodiagnostikos elektrodais nenaudojant gelio, pvz.: EEG tyrimams, sukeltoms galimoms procedūroms, PSG ir MSLT.

Naudojimas: „Ten20“ laidžiosios pastos klijų kokybė paprastai yra pakankama, kad elektrodai priliptų prie odos ir užtikrintų laidumą neurodiagnostikos tyrimui atlikti. Uždėkite reikiamą pastos kiekį ant paviršiaus, pvz., chirurginės juostos gabalėlio. Švelniai patrinkite odą šveičiamąja priemone, pvz., „Nuprep[®]“. Naudodami varpo formos indo elektrodą su anga centre, įdėkite pastos į elektrodo indo vidų, kad jis būtų šiek tiek persipildęs. Įstatykite elektrodą į jam paruoštą vietą ir lengvai paspauskite. Norėdami pritvirtinti elektrodą, naudokite juostą arba marlės gabalėlį.



Venkite kontakto su akimis. Produktui patekus į akis, 10–15 minučių jas skalaukite šiltu vandeniu. Netrinkite akių. • Naudoti išoriškai, tik ant nepažeistos odos. Nenaudoti ant ar šalia atvirų žaizdų arba pažeistos odos. • Būkite ypač atsargūs naudodami pacientams, kuriems anksčiau yra pasireiškusi odos alergija ar jautrumas kosmetikos priemonėms bei losjonams. Atsiradus bėrimui, paraudimui, niežuliui, patinimui ar odos pakitimams, nedelsdami ją nuplaukite. • Pacientai skirtingai toleruoja paviršinius produktus. Kai kurie pacientai prastai toleruoja klijus, abrazyvines, laidžiąsias medžiagas ir druskas. Reaguokite į bet koki nusiskundimą, kuris gali rodyti produkto netoleravimą. • Paprašykite pacientų pranešti apie nuolatinį paraudimą, skausmą ar patinimą elektrodo vietoje. Negydomos vietinės infekcijos gali palikti nuolatinius randus. • Ilgalaikėse elektrodo vietose dirginimą ir paraudimą reikia tikrinti ne rečiau kaip kasdien nuimant elektrodą ir įvertinant odos būklę po elektrodo. • Nenaudokite su srovę indukuojančiais elektrodais.

Pranešti gamintojui apie bet kokią rimtą situaciją, susijusią su prietaisu, ir, jei tai įvyko ES, valstybės narės, kurioje yra vartotojas ir (arba) pacientas, kompetentingai institucijai.

Sauga ir tvarkymas: „Ten20“ nėra kenksmingas netyčia nurijus. „Ten20“ gaminamas nenaudojant natūralaus kaučiuko latekso. Nenaudojamus indus laikyti sandariai uždarytus kambario temperatūroje; vengti ilgalaikio žemos temperatūros poveikio ar šalčio. „Ten20“ galima šalinti be specialaus apšaukimo.



Medicinos priemonė



Importuotojas



Platintojas



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, JAV
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

