



Ten20[®] Konduktīva pasta

[LV]

REF 10-20-1, 10-20-1K, 10-20-1S

Sastāvdaļas: polioksietilēna 20 cetilēteris, ūdens, glicerīns, kalcija karbonāts, 1,2-propāndiols, kālija hlorīds, montmorilonīts, nātrija hlorīds, polioksietilēna 20 sorbitols, metilparabēns, propilparabēns.

Lietošanas indikācijas: Izmantošanai neiromonitoringa procedūrās kopā ar neirodiagnostikas elektrodiem bez gela, piemēram, EEG izmeklējumos, izsauktā potenciāla mērījumos, polisomnogrāfijā (PSG) un daudzparametru miega latences testā (MSLT).

Pielietojums: Ten20 impulsu vadošās pastas adhezīvā kvalitāte parasti ir pietiekama, lai pielipinātu elektrodus pie ādas un nodrošinātu vadītspēju neirodiagnostikas izmeklējumam. Vispirms maigi ieberzējiet ādu ar abrazīvu līdzekli, piemēram, Nuprep[®]. Ja izmantojat zvana formas kausa elektrodu ar atveri centrā, iemērciet elektrodu Ten20 traukā un izvelciet pastu, līdz elektroda kauss ir nedaudz pārpildīts. Novietojiet elektrodu sagatavotajā elektroda vietā un mēreni piespiediet. Lai piestiprinātu elektrodu vietā, izmantojiet vai nu lenti, vai marles gabalu.



Izvairieties no saskares ar acīm. Ja produkts nokļūst acī, skalojiet ar siltu ūdeni 10 līdz 15 minūtes. Neberzējiet acis. • Lietot lokāli tikai uz veselas ādas. Nelietojiet uz atklātām brūcēm vai bojātas ādas vai tās tuvumā. • **Ievērojiet īpašu piesardzību darbā ar pacientiem, kuriem anamnēzē ir alerģija pret ādu vai jutība pret kosmētiku un losjoniem.** Ja uz ādas parādās izsitumi, apsārtums, nieze, pietūkums vai patoloģijas, nekavējoties nomazgājiet. • **Pacientu tolerance pret virsmas produktiem ir ļoti atšķirīga.** Daži pacienti slikti panes adhezīvus, abrazīvus, vadošus līdzekļus un sāļus. Reaģējiet uz visām sūdzībām, kas var liecināt par produktu nepanesību. • **Aiciniet pacientus informēt par pastāvīgu apsārtumu, sāpīgumu vai pietūkumu elektroda vietā.** Lokālas infekcijas, ja tās neārstē, var atstāt paliekošas rētas. • **Ilgtermiņa elektrodu vietās vismaz katru dienu jāpārbauda kairinājums un apsārtums, noņemot elektrodu un novērtējot ādas stāvokli zem elektroda.** • Nelietojiet kopā ar strāvu inducējošiem elektrodiem.

Par visiem nopietniem incidentiem, kas notikuši saistībā ar ierīci, ziņojiet ražotājam un, ja incidents noticis ES, tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā ir reģistrēts lietotājs un/vai pacients.

Drošība un lietošana: Ten20 nav toksisks, ja to nejauši norij. Ten20 tiek ražots, neizmantojot dabiskā kaučuka lateksu. Tvertnes jāglabā istabas temperatūrā. Izvairieties no ilgstošas pakļaušanas zemi temperatūrai vai sasalšanas. Kontainers ir paredzēts **TIKAI VIENAI LIETOŠANAI**. Pēc atvēršanas pasta jāizlieto tikai vienam pacientam un pēc tam no tās jāatbrīvojas. Ten20 var izmest atkritumos bez īpašu prasību izpildes.



Medicīniska ierīce



Importētājs



Izplatītājs



Weaver and Company
565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, ASV
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

