



Nuprep® スキン・プレップ・ジェル

[JA]

REF 10-30、10-30K、10-61、10-65、10-25、10-25S

成分：水、酸化アルミニウム、1,2-プロパンジオール、ポリアクリル酸ナトリウム、メチルパラベン、プロピルパラベン、FD&C ブルー1、FD&C レッド 40、FD&C イエロー5。

使用上の注意：低い皮膚インピーダンスが試験結果を改善する場合の使用（例：EEG 試験、誘発電位法、ECG ストレス・テスト、心臓リハビリテーション・モニタリング、および心臓カテーテル・モニタリング試験法）。

用途：ガーゼ・パッドなどの表面に必要な量のジェルを付けること。**使い捨てでない電極の場合**、綿棒に少量の Nuprep を付けて、静かに皮膚をこすってから、4 回か 5 回の小さな円を描く動作で、軽く皮膚にすり込むこと。余分のジェルを取り除いてから、準備された部位に電極を当てること。**心臓電極の場合**は、ガーゼ・パッドに少量の Nuprep を付けて、静かに皮膚をこすってから、4 回か 5 回の円を描く動作で、軽く皮膚にすり込むこと。電極を当てる前に、乾燥したガーゼ・パッドを用いて、電極部位から Nuprep をすべて取り除くこと。新生児と老齢の患者に対しては、成人の場合よりもかなり弱い圧力を用いること。



目に触れないようにすること。製品が目に入った場合は、10~15 分間、温水ですすぐこと。目をこすらないようにすること。● 無傷の皮膚にのみ、局所的に使用すること。開いた傷口または損傷した皮膚またはその周辺では、使用しないこと。● 化粧品とローションに対する皮膚アレルギーまたは過敏性の病歴がある患者に対しては、さらに注意を払うこと。発疹、赤み、かゆみ、むくみまたは異常が皮膚に現れた場合は、すぐに洗い流すこと。● 電流誘導電極とともに使用しないこと。● 過度にこすらないこと。永久に傷跡の残る局所的な剥離が生じる場合がある。● Nuprep ジェルは、磁気共鳴映像法（MRI）検査を遮断、またはこれに干渉する可能性のある不溶性物質を含む。MRI 検査の前は、神経診断試験で用いる材料をすべて電極部位から確実に拭き取ること。

機器に関して生じた重大な事故は、製造業者、ならびに EU 内の場合、使用者および/または患者が確認された加盟国の所管官庁に報告すること。

安全性および取り扱い：誤って口に入れた場合でも、Nuprep は無毒である。Nuprep は、天然ゴム・ラテックスを使用せずに製造している。使用していないときは、容器を密封しておくこと。特別な保管条件は必要でない。Nuprep は、特別な処理なしに処分することができる。



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, USA
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

