



Nuprep® гел за подготовка на кожата

[BG]

REF 10-30, 10-30K, 10-61, 10-65, 10-25, 10-25S

Съставки: вода, алуминиев оксид, 1,2-пропандиол, натриев полиакрилат, метилпарабен, пропилпарабен, FD&C синьо № 1, FD&C червено № 40, FD&C жълто № 5.

Показания за употреба: За употреба в случаите, в които по-нисък импеданс на кожата би подобрил резултатите от теста, например: ЕЕГ тестове, процедури с евокиран потенциал, ЕКГ стрес тестове, мониторинг на сърдечна рехабилитация и мониторингови процедури на сърдечна катетеризация.

Приложение: Поставете необходимото количество гел върху повърхност, например марля. **При електроди за еднократна употреба** внимателно изтъркайте кожата, като поставите малко количество Nuprep върху памучен тампон и след това леко втриете в кожата с 4 или 5 малки кръгови движения; отстранете излишния гел и след това поставете електродите върху подготвените места. **При сърдечни електроди** внимателно изтъркайте кожата, като поставите малко количество Nuprep върху марля и след това леко втриете в кожата с 4 или 5 кръгови движения; със суха марля отстранете цялото количество Nuprep от местата за електродите, преди да ги поставите. При новородени и при гериатрични пациенти прилагайте много по-слаб натиск, отколкото при възрастни.



Да се избягва контакт с очите. При попадане на продукта в очите промийте с топла вода в продължение на 10 – 15 минути. Да се избягва разтъркване на очите. • **Да се прилага само локално, върху здрава кожа.** Не използвайте върху или в близост до открити рани или компрометирана кожа. • **При пациенти с анамнеза за кожни алергии или чувствителност към козметика и лосиони да се прилага с повишено внимание.** Ако по кожата се появи обрив, зачервяване, сърбеж, оток или нещо необичайно, отмийте незабавно. • **Да не се използва с индуциращи ток електроди.** • **Не търкайте прекалено;** може да се получи локално протриване с трайни белези. • **Nuprep гел съдържа неразтворими материали, които могат да засенчат или да повлияят на изследването с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР).** Преди ЯМР изследване се уверете, че всички материали, използвани за невродиагностика, са почистени от местата на поставяне на електродите.

За всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с устройството, съобщавайте на производителя и ако сте в ЕС, на компетентните органи в държавата членка, в която е установен потребителят и/или пациентът.

Безопасност и работа: Nuprep е нетоксичен, ако случайно се погълне. Nuprep се произвежда без използване на естествен каучуков латекс. Дръжте контейнерите плътно затворени, когато не се използва. Не се изискват специални условия за съхранение. Nuprep може да се изхвърля без специална обработка.



Медицинско изделие



Вносител



Дистрибутор



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, САЩ
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

