



Gel per la preparazione della cute Nuprep®

[IT]

REF 10-30, 10-30K, 10-61, 10-65, 10-25, 10-25S

Ingredienti: acqua, ossido di alluminio, 1,2-propandiolo, poliacrilato di sodio, metilparaben, propilparaben, FD&C Blue 1, FD&C Red 40, FD&C Yellow 5.

Indicazioni per l'uso: il prodotto è indicato quando una minore impedenza cutanea permetterebbe di ottenere risultati migliori, ad esempio nelle seguenti procedure: EEG, potenziali evocati, ECG sotto sforzo, monitoraggio della riabilitazione cardiaca ed esami per il monitoraggio del catetere cardiaco.

Applicazione: mettere la quantità di gel necessaria su di una superficie come una garza. **Per gli elettrodi non monouso**, abrader delicatamente la pelle applicando una piccola quantità di Nuprep su un cotton fioc, quindi strofinare leggermente con 4 o 5 piccoli movimenti circolari; rimuovere il gel in eccesso, quindi applicare gli elettrodi nei punti così preparati. **Per gli elettrodi cardiaci**, abrader delicatamente la pelle applicando una piccola quantità di Nuprep su una garza, quindi strofinare leggermente con 4 o 5 movimenti circolari; prima di applicare gli elettrodi, rimuovere tutto il gel dai punti di applicazione utilizzando una garza asciutta. In caso di utilizzo con neonati e pazienti geriatrici, esercitare molta meno pressione che con gli adulti.



Evitare il contatto con gli occhi. Qualora il prodotto entri negli occhi, sciacquare con acqua tiepida per 10-15 minuti. Non strofinare gli occhi. • **Prodotto a uso topico. Applicare solo su pelle intatta.** Non utilizzare sopra o in prossimità di ferite aperte o cute lesa. • **Prestare particolare cautela sui pazienti con anamnesi di allergie cutanee o sensibilità a cosmetici e lozioni.** In caso di eruzione cutanea, arrossamento, prurito, gonfiore o aspetto anomalo, lavare immediatamente. • **Non utilizzare con elettrodi a induzione di corrente.** • **Non abrader eccessivamente;** le abrasioni topiche possono lasciare cicatrici permanenti. • **Nuprep gel contiene materiali insolubili che possono offuscare l'esame di risonanza magnetica (RM) o interferire con essa.** Prima di effettuare una RM, assicurarsi che tutti i materiali utilizzati nell'esame neurodiagnostico siano stati puliti dai punti di applicazione degli elettrodi.

Segnalare al produttore qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo e, se nell'UE, all'autorità competente dello stato membro in cui si trova l'utilizzatore e/o il paziente.

Sicurezza e manipolazioni: Nuprep non ha effetti tossici se ingerito accidentalmente. Nuprep è prodotto senza l'uso di lattice di gomma naturale. Tenere i contenitori ben chiusi quando non in uso. Non è necessario adottare misure di conservazione speciali. Nuprep può essere smaltito senza procedure particolari.



Dispositivo medico



Importatore



Distributore



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, USA
+1-800-525-2130 www.weaverandcompany.com

