



# Nuprep<sup>®</sup>-reinigings- en ontsmettingsgel voor de huid

[NL]

**REF** 10-30, 10-30K, 10-61, 10-65, 10-25, 10-25S

**Bestanddelen:** Water, aluminiumoxide, 1,2 propaandiol, natriumpolyacrylaat, methylparabeen, propylparabeen, FD&C blauw 1, FD&C rood 40, FD&C geel 5.

**Indicaties voor gebruik:** Voor gebruik wanneer een lagere huidimpedantie wellicht betere testresultaten levert, zoals bij eeg-onderzoeken, evoked potential-procedures, ecg-stresstests, bewaking bij hartrevalidatie en onderzoeksprocedures met hartkatheterbewaking.

**Aanbrengen:** Knijp de gewenste hoeveelheid gel uit op een oppervlak zoals een gaasje. **Bij niet-disposable elektroden** schuurt u de huid voorzichtig door een kleine hoeveelheid Nuprep op een wattenstaafje aan te brengen en het vervolgens lichtjes op de huid te wrijven in 4 of 5 kleine cirkelvormige bewegingen. Neem alle overtollige gel af en breng de elektroden vervolgens op de gereinigde/ontsmette plaatsen aan. **Bij hartelektroden** schuurt u de huid voorzichtig door een kleine hoeveelheid Nuprep op een gaasje aan te brengen en het vervolgens lichtjes op de huid te wrijven in 4 of 5 kleine cirkelvormige bewegingen. Neem alle Nuprep met een droog gaasje van de elektrodeplaatsen af voordat u de elektroden aanbrengt. Bij neonaten en geriatrische patiënten gebruikt u veel minder druk dan bij volwassenen.



**Aanraking met de ogen vermijden. Als het product in de ogen terechtkomt, 10 tot 15 minuten met warm water spoelen. Niet in de ogen wrijven.** • Uitsluitend voor topisch gebruik op gave huid. Niet gebruiken op of in de buurt van open wonden of beschadigde huid. • Wees extra voorzichtig bij patiënten met bestaande huidallergieën of gevoeligheid voor cosmetica en lotions. Als de huid uitslag, roodheid, jeuk, zwelling of enige andere afwijking vertoont, moet u het product onmiddellijk van de huid afspoelen. • Niet gebruiken met stroomopwekkende elektroden. • Niet overmatig schuren; dit kan leiden tot topische afschuring met blijvende littekens. • Nuprep-gel bevat onoplosbare materialen die schaduwvorming of storingen kunnen veroorzaken bij een MRI-onderzoek (magnetic resonance imaging). Zorg vóór een MRI-onderzoek dat alle materialen die in het neurodiagnostische onderzoek zijn gebruikt, van de elektrodeplaatsen zijn verwijderd.

**Meld elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot het hulpmiddel aan de fabrikant en, indien in de EU, aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.**

**Veiligheid en hantering:** Nuprep is niet giftig als het per ongeluk wordt ingeslikt. Nuprep wordt vervaardigd zonder gebruik van natuurrubberlatex. Houd de houders goed gesloten als het product niet in gebruik is. Er zijn geen speciale opslagomstandigheden vereist. Nuprep hoeft niet speciaal te worden gehanteerd bij afvoer.



Medisch hulpmiddel



Importeur



Distributeur



Weaver and Company, 565 Nucla Way, Aurora, CO 80011, VS  
+1 800-525-2130 [www.weaverandcompany.com](http://www.weaverandcompany.com)

